



ПРАВИЛО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ВИМОГАМ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ

Відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2019

“Загальні вимоги до компетентності випробувальних і калібрувальних лабораторій”, при вимозі замовника надати оцінку відповідності ВЛ ПНХП ДП «ДПК «МАСМА» проводить оцінку відповідності наданих на випробування зразків вимогам нормативних документів на продукцію з урахуванням невизначеності результатів вимірювання і застосування наведеного нижче правила прийняття рішення про відповідність:

- якщо інтервал невизначеності для результату вимірювання міститься всередині області допустимих значень, відповідність вимогам може бути гарантована (висновок – відповідає заданим вимогам);
- якщо інтервал невизначеності для результату вимірювання повністю міститься в області недопустимих значень, можна гарантувати невідповідність вимогам (висновок – не відповідає заданим вимогам);
- якщо інтервал невизначеності для результату вимірювання містить граничне значення, оцінка відповідності не дає змоги беззаперечно стверджувати, що значення характеристики відповідає або не відповідає заданим вимогам (висновок – результат є неостаточним).

При цьому вірогідність відповідності обчислюється за нормального закону розподілення випадкової величини. У стандарті ISO 14253-1:2017 зазначено, що в загальному випадку вважаються прийнятними розширена невизначеність вимірювань U і рівень довіри 95% (коефіцієнт охоплення $k = 2$).

Правило відповідає вимогам ДСТУ ISO/IEC 10576-1:2006 Статистичні методи. Настанова щодо оцінювання відповідності заданим вимогам. Частина 1. Загальні положення (ISO/IEC 10576-1:2003, IDT); ДСТУ ISO/IEC Guide 98-4:2018 (ISO/IEC Guide 98-4:2012, IDT) Невизначеність вимірювань. Частина 4. Роль невизначеності вимірювань під час оцінювання відповідності; ILAC-G8:09/2019 Настанова по правилах прийняття рішення та деклараціях відповідності

Укладання договору про надання послуг, у разі необхідності надання ВЛ ПНХП ДП «ДПК «МАСМА» в протоколі випробування заяви про відповідність зразків продукції вимогам нормативних документів, приймається ВЛ ПНХП ДП «ДПК «МАСМА» за згоди замовника на використання зазначеного вище правила.